

ALLEGATO 1

TABELLA CALCOLO DELLE SCHERMATURE NECESSARIE PER LE PARETI DELLA NUOVA
SALA ANGIOGRAFICA

| | Descrizione barriera | P (uSv/sett.) | d (m) | 1/T | B | mm Pb |
|---|-----------------------------------|---------------|-------|-----|----------|-------|
| 1 | A Studio Medico | 6 | 2,8 | 1 | 6,00E-04 | 2,033 |
| 2 | B Disimpegno | 6 | 2,8 | 5 | 3,00E-03 | 1,380 |
| 3 | C Porta | 6 | 3,8 | 5 | 5,53E-03 | 1,145 |
| 4 | D Corridoio | 6 | 3,5 | 5 | 4,69E-03 | 1,207 |
| 5 | E Corridoio | 6 | 3,8 | 5 | 5,53E-03 | 1,145 |
| 6 | F Locale Tecnico | 6 | 3,8 | 16 | 1,77E-02 | 0,735 |
| 7 | G Percorso esterno pazienti caldi | 6 | 3 | 16 | 1,10E-02 | 0,894 |
| 8 | H Soffitto (Locale deposito) | 6 | 3,5 | 16 | 1,50E-02 | 0,789 |
| 9 | J Pavimento (Cell factory) | 6 | 3,2 | 1 | 7,84E-04 | 1,922 |



Soc. Coop. Nuova C.T.R. - Acquaviva delle Fonti (Bari)
N.tel./fax: 080/762168 - cell. N. 333/3586625 ; e-mail : nuovactr@virgilio.it

Acquaviva delle Fonti, 23//09/2015

OGGETTO: Dichiarazione di Conformità per lavori di protezionistica c/o ISMETT FACILITY DEPARTMENT

La sottoscritta Soc. Coop. Nuova C.T.R. con sede in Acquaviva delle Fonti in via Umbria, lotto 84

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità che, i materiali impiegati per la fornitura e messa in opera della protezionistica da noi realizzata c/o nuova sala Angiografica dell'istituto ISMETT FACILITY DEPARTMENT sito in Palermo (PA) sono conformi alla normativa in vigore e che i lavori sono stati eseguiti alla regola dell'arte:

- Il pb. usato è di prima fusione a titolo 99,99 %, dello spessore di 1mm e 2mm;
- Laminati plastici usati in classe E1 della Ditta ABET.

DISTINTI SALUTI

Amministratore Unico
(Cosimo Vito Tritto)

CENTRO LAMINATI s.r.l.

UFF. e Stab.: Via delle Valli 26 - 04011 APRILIA (LT) - Tel. 06/9276010 -- 9276782 Fax 06/92703849

Aprilia, 11 Febbraio 2013

Spett.le
SOC.COOP."NUOVA C.T.R. A.R.L."
VIA UMBRIA - ZONA IND.LE
70021 Acqua Viva delle Fonti (BA)

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

DESCRIZIONE MATERIALE

■ LASTRE DI PIOMBO

■ QUALITA' PRODOTTO : Pb. 99,9% MIN.

PRODOTTO IN CONFORMITA' NORME UNI 6450 -- 69

Dim. 5000x1000 spess.mm 1 - 1,3


Dim. 600x2200 spess mm 1

Dim. 600x2500 spess mm 1,5 - 2

Nr.ddt e data di consegna: 72 del 11/02/2013

Peso netto: Ton. 5,636

Materiale con valore radiometrico nella norma secondo D. Lgs. N° 230 del 17.03.1998


CENTRO LAMINATI S.r.l.

Sede legale: Via Pitagora 16 - 20861 Brugherio - (MB) - Tel. 039/289361 - Fax 039/330244
C.F. e IVA 05072180960 - Cap. Soc. € 100.000,00 I.v. - REA 1794166
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Piombteleghe srl