

**Protocollo ISMETT n. 7090 del 21 marzo 2018**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA, IN UNICO LOTTO  
INDIVISIBILE, DI UN TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO A DOPPIA ENERGIA NONCHE' DELLE  
OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE NECESSARIE ALL'INSTALLAZIONE "CHIAVI IN MANO" DEL  
TOMOGRAFO MEDESIMO**

**Codice gara 7025887; Codice CIG 742094123E.**

**ERRATA CORRIGE**

- 1) Con riferimento all'allegato 3, si segnala che la voce 12 (numero di slices acquisite superiore a 128; punteggio massimo 6 punti) deve intendersi un mero refuso di stampa. Viene pertanto eliminata la riga corrispondente, ritirato l'allegato 3 originario e pubblicato il nuovo allegato 3 del 21 marzo 2018 .
  
- 2) Con riferimento all'allegato 2 nell'ambito delle specifiche minime della macchina richiesta, la frase *"Il sistema dovrà essere in grado di acquisire per singola rotazione di 360° (con tecnica assiale al minimo spessore di collimazione) almeno 160 mm di volume anatomico"* deve intendersi un mero refuso di stampa e viene sostituita dalla seguente frase *"Il sistema dovrà essere in grado di acquisire per singola rotazione di 360° (con tecnica assiale al minimo spessore di collimazione) almeno 160 mm di volume anatomico o, in alternativa, un volume di 450 mm in un arco temporale di un secondo (modalità di scansione spirale ad elevato Pitch)"*.

Palermo, 21 marzo 2018

Firmato  
Dott.ssa Rosaria Cataldo  
Direttore Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali  
RUP