

**FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DI ACQUISIZIONE DI IMMAGINI DI PREPARATI
ISTOLOGICI E CITOLOGICI PER TELEPATOLOGIA COMPLETO DI
IMMUNOFLUORESCENZA.**

Numero gara 5957891 Numero CIG 6159435E8B

Chiarimenti n. 3

(in risposta ai quesiti ricevuti al 13/04/2015)

1. *Quesito: Si richiede relativamente al punto "Il sistema deve mantenere il vetrino sempre in orizzontale durante il processo di scansione (caricamento nei rack, posizionamento sotto l'obiettivo di scansione), questo per evitare possibili danneggiamenti del vetrino" se sia possibile offrire strumenti con caricamento non orizzontale ma di equivalenti o superiori prestazioni e garanzie di salvaguardia dell'integrità del vetrino, certificata, sia per l'utilizzo in ricerca che per l'utilizzo in routine diagnostica di laboratorio, secondo la normativa CE-IVD.*

R. Si conferma la richiesta di mantenere orizzontale il vetrino; il caricamento non orizzontale NON sarà considerato equivalente.

Palermo 15-04-2015

Firmato - Il RUP Ing. Vincenzo Sferruzza