

**FORNITURA DI VARIE ATTREZZATURE PER  
STERILIZZAZIONE**

**Numero gara: 5987778 – CIG 6194375FF1**

**Chiarimenti n. 2**

(in risposta ai quesiti ricevuti il 04/05/2015 e il 06/05/2015)

1. Quesito: In riferimento alla gara di cui in oggetto, desideriamo sapere se il valore di 500 litri della camera di lavaggio delle 2 lavastrumenti a termodisinfezione elettrica/vapore indiretto, è corretto.

Quesito: LAVASTRUMENTI A TERMODISINFEZIONE

Al punto 5 viene indicato “Dimensioni indicative camera mm 700 x 815 x 885 h – capacità minima 500 lt”.

Riteniamo che per mero refuso è mancante nel capitolato la capacità di carico delle lavastrumenti espresso in DIN, (vedi capacità delle autoclavi di sterilizzazione dove sono stati presi in considerazione i parametri standard delle unità di sterilizzazione - U.S.).

Da quanto richiesto al punto accessori dove vengono indicati n.30 cestelli in rete DIN 1/1, cesto a 5 livelli rimovibile per lavaggio di strumentario chirurgico e da quanto riportato in capitolato (allegato 2 punto 1.2) ovvero “analoghe macchine esistenti”, appare evidente che la capacità di carico delle lavastrumenti è di 15 DIN cad. Pertanto, la capacità in litri risulta non applicabile per il dimensionamento della camera.

Oltretutto, un dimensionamento non basato sulla capacità effettiva standard ma sul volume della camera di lavaggio, non indica la corretta rispondenza con la capacità utile. Tra l'altro una apparecchiatura con una maggior volumetria rispetto alla capacità espressa in DIN, implicherebbe un notevole incremento dei consumi di adduzioni e, nel caso di lavastrumenti, di prodotti chimici.

Si richiede di confermare quanto sopra indicato.

**R. Si conferma la capacità minima di 500 litri, come da Capitolato**

2. Quesito: BANCO DI LAVAGGIO AD ULTRASUONI

Riteniamo che per mero refuso viene indicato “Il banco di lavaggio ad ultrasuoni deve essere progettato, costruito e validato in conformità alle Norme Europee UNI EN ISO 15883-1/2, CEN ISO/TS 15883-5...” Questo risulta non applicabile alle specifiche tecniche indicate in capitolato, mentre deve essere conforme alla Direttiva Europea 93/42 sui Dispositivi Medici.

Si richiede di confermare quanto sopra indicato.

**R. Si, il banco deve essere conforme alla Direttiva Europea 93/42 sui Dispositivi Medici.**

**Palermo 07-05-2015**

Firmato - Il RUP Ing. Vincenzo Sferruzza