

**FORNITURE DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER CARDIOLOGIA
Numero gara 6013702**

Chiarimenti n. 2

(in risposta a quesiti pervenuti al 18/05/2015)

1. *Quesito: **Lotto 1 – voce A**; n.1 sonda lineare a banda larga.....si chiede di confermare la dimensione di appoggio inferiore a 25 mmq.*

R. Si rinvia all'Errata Corrige già pubblicato sul sito.

2. *Quesito: **Lotto 1 – voce A**; Relativamente al punto sulla capacità di acquisizioni tridimensionali (3D) in tempo reale e l'utilizzo della sonda TEE 3D, si chiede di confermare che tale sonda debba essere in grado di operare con le stesse modalità di imaging del sistema top di gamma contemplato.*

R. Si conferma, come scritto in capitolato, che la sonda TEE 3D deve operare con le stesse modalità dell'ecografo top di gamma.

3. *Quesito: **Lotto 1 – voce B**; Relativamente al punto sull'acquisizione Biplanare e Triplanare in tempo reale, si chiede di specificare se si intendono le modalità disponibili con l'uso delle sonde volumetriche.*

R. Le modalità di acquisizione Biplanare e Triplanare devono essere disponibili con l'uso delle sonde volumetriche.

4. *Quesito: **Lotto 4 – voci A+ B** Con riferimento alle caratteristiche tecniche delle apparecchiature, indicate nell'allegato 2, lotto 4, si richiede di voler precisare se sufficiente proporre n. 1 elettrocardiografo equipaggiato per l'esecuzione di prove da sforzo ECG (con protocolli d'esercizio per prova da sforzo e cavo ECG per prova da sforzo), considerato che nel medesimo lotto è richiesto un solo ergometro, oppure, se tutti i tre elettrocardiografi richiesti, devono essere equipaggiati di tali funzionalità.*

R. Come richiesto in capitolato tutti gli elettrocardiografi inclusi nel lotto devono essere equipaggiati con le funzionalità richieste.

Palermo 19-05-2015

Firmato - Il RUP Ing. Vincenzo Sferruzza