

FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER CARDIOLOGIA

Numero gara 6013702

ERRATA CORRIGE del 13.05.2015

Si avvisano i concorrenti che nel Lotto 1 Voce A dell'allegato n. 1 nella dicitura "con superficie di appoggio inferiore a 25 mm per esami vascolari" per mero refuso grafico è saltata la parola "non" per cui la frase deve essere sostituita con: "con superficie di appoggio non inferiore a 25 mm per esami vascolari.

Palermo 13-05-2015

Firmato - Il RUP Ing. Vincenzo Sferruzza