

FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIO PER RADIOLOGIA DIAGNOSTICA DIGITALE

Numero gara 6027520 Numero CIG 62427532BF

Chiarimenti n. 3

(in risposta a richieste ricevute al 11/06/2015)

Quesito: "si chiede di volere indicare la portata del solaio"

R. Si veda la planimetria sotto riportata; si evidenzia che nel medesimo locale è già installato un Rx telecomandato

CARICHI TIPICI SUI PIANI

(OLTRE AL PESO DEI SOLAI E DELLE STRUTTURE METALLICHE)

ZONA TIPICA:

- SOVRACCARICO ACCIDENTALE 300 Kg/mq
- SOVRACCARICO PERMANENTE 280 Kg/mq

ISMETT - PIANTA A +4.500
(Q.C. +0.900)

