

**FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIO PER RADIOLOGIA DIAGNOSTICA DIGITALE**

**Numero gara 6027520 Numero CIG 62427532BF**

**Chiarimenti n. 4**

(in risposta alla richiesta ricevuta al 18/06/2015)

1. *Quesito: relativamente al Tubo radiogeno viene richiesto “N.immagini/sec. In grafia e fluoroscopia non inferiore a 30” – riteniamo che la specifica vada attribuita al sistema intero di acquisizione immagini (Gen. At-Tavolo di comando-detettore-tubo radiogeno), se così è non ci risulta tecnicamente possibile che un sistema a con detettore digitale possa acquisire in grafia 30 imm/sec, è un refuso?*

**R. Sì, il parametro 30 imm./sec. si riferisce alla fluoroscopia**

2. *Quesito: relativamente allo stativo porta tubo e tavolo ribaltabile viene richiesto “...escursione longitudinale dello stativo non inferiore a 200 cm...”, riteniamo che la specifica sia riferita alla copertura paziente, in senso longitudinale;*

**R. Il requisito minimo deve essere valutato nell’ottica dell’equivalenza funzionale in conformità a quanto stabilito dal Capitolato.**

**Palermo 25-06-2015**

Firmato - Il RUP Ing. Vincenzo Sferruzza