

**FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIO PER RADIOLOGIA DIAGNOSTICA DIGITALE**

**Numero gara 6027520 Numero CIG 62427532BF**

**Chiarimenti n. 2**

(in risposta alla richiesta ricevuta al 04/06/2015)

1. *Quesito: riguardo allo STATIVO PORTA TUBO RADIOGENO E TAVOLO RIBALTABILE come deve essere interpretata la dicitura "...Massima esplorabilità longitudinale e trasversale del paziente (escursione longitudinale dello stativo non inferiore a 200 cm e trasversale non inferiore a 30cm.)...." ?*

**R. La dicitura non ha bisogno di ulteriori dettagli e/o chiarimenti**

2. *Quesito; per l'UNITA DIGITALE, cosa si intende per Connessione wireless?*

**R. All'allegato 1 al capitolo 1 UNITÀ DIGITALE è riportata la dizione "connessione wireless". Trattasi di un refuso, pertanto non va considerato come requisito minimo.**

**Palermo 04-06-2015**

Firmato - Il RUP Ing. Vincenzo Sferruzza