

FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIO PER RADIOLOGIA DIAGNOSTICA DIGITALE

Numero gara 6027520 Numero CIG 62427532BF

Errata corrige n.2

Si avvisano i sigg. concorrenti di prendere visione della pag. n. 8 del DUVRI che per mero errore materiale manca dal file pdf precedentemente pubblicato

Palermo 29-06-2015

Firmato - Il RUP Ing. Vincenzo Sferruzza

6 OGGETTO DELL'APPALTO E RIFERIMENTI CONTRATTUALI

Si tratta dell'affidamento del servizio di fornitura, installazione e garanzia post collaudo di apparecchio per radiologia diagnostica digitale toracica da installare presso la sede clinica di ISMETT - via Tricomi 5, Palermo.

6.1 Descrizione generale

È un sistema radiografico ad acquisizione digitale diretta, per effettuare indagini diagnostiche al massimo livello di definizione e di flessibilità gestionale del torace, dell'apparato osteoarticolare e dell'intero in tutte le proiezioni.

Tale sistema è costituito da:

- generatore
- tubo radiogeno
- detettori digitali
- stativo pensile porta complesso radiogeno
- stativo verticale porta detettore digitale
- consolle di comando per acquisizione ed elaborazione.

Il sistema delle apparecchiature oggetto della gara deve essere garantite per 12 mesi dal collaudo. Durante detto periodo dovrà essere garantita manutenzione preventiva con frequenza di almeno due volte l'anno (visita minimo semestrale), ed interventi su guasto e su chiamata illimitati, che dovranno essere svolti almeno dal lunedì al venerdì, in orari d'ufficio, entro le 8 (otto) ore lavorative successive la chiamata; ogni intervento dovrà essere seguito da esaustivo rapporto tecnico sottoscritto dalle parti (ISMETT, Appaltatori).

Durante l'attività di assistenza in sito, la ditta, sarà accompagnata dal personale ISMETT preposto.

Per i dettagli si rimanda al disciplinare di gara

6.1.1 Adeguamento sito

Qualora siano necessarie modifiche alle strutture portanti, alle finiture edili o agli impianti elettrici e di condizionamento, a causa delle caratteristiche specifiche della macchina offerta, che differiscono sostanzialmente da quella installata, l'adeguamento resta a carico dell'offerente, che dovrà produrre in fase di offerta un progetto preliminare a firma di professionista abilitato.

Ogni modifica, integrazione, ampliamento, sia edile che impiantistica, ed ogni opera provvisoria, anche per la dismissione, asporto e smaltimento della apparecchiature Rx Pensili esistenti, si intende a totale carico dell'Impresa aggiudicataria, che dovrà produrre, insieme all'offerta, il progetto di installazione.

Pertanto l'Aggiudicatario dovrà procedere, prima della consegna delle apparecchiature, all'effettuazione dei lavori di predisposizione edile e impiantistica dei locali finalizzata