



Palermo, 12 gennaio 2022

**Oggetto: Gara Europea A Procedura Aperta, Per La Fornitura, Mediante Contratto
Quinquennale Ad Esecuzione Periodica, Di Strumentazione E Reagenti Per
Emogasanalisi. Numero Gara 8386296 - CIG 9025207C6A**

PRECISAZIONI AI DOCUMENTI DI GARA

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, in riscontro ad alcune richieste di chiarimenti pervenute allo scrivente Istituto, di seguito si riportano alcune precisazioni ai documenti di gara. Di seguito si riportano domande (**D**) e risposte (**R**).

D1

“Nell’ allegato 1 Specifiche Tecnico-Funzionali (pag. 2) si richiede: Manutenzione ordinaria programmata deve essere prevista secondo un calendario annuale concordato con l’Impresa aggiudicataria, che preveda almeno 2 interventi/anno. Si chiede di confermare che per strumenti che non prevedono alcuna manutenzione programmata, come dichiarato dal produttore, non sia necessario offrire alcun programma di manutenzione preventiva”

R1

Si chiarisce che, anche per gli strumenti per i quali il produttore dichiara di non prevedere alcuna manutenzione programmata, l’Impresa aggiudicataria dovrà eseguire interventi di manutenzione ordinaria secondo un calendario annuale concordato che preveda almeno 2 interventi/anno.

D2

“In riferimento alla caratteristica indispensabile n.7 a pag. 3 dell’allegato 1 Campionamento con volume del campione non superiore ai 150 microlitri per la determinazione contemporanea di tutti i parametri si chiede di confermare che per volume di campione si intende il volume che lo strumento deve aspirare per eseguire tutti i parametri”

R2

Si conferma che per “Campionamento con volume del campione non superiore ai 150 microlitri per la determinazione contemporanea di tutti i parametri” si intende il volume che lo strumento deve aspirare per eseguire tutti i parametri.

D3

“Si chiede di chiarire se i fabbisogni quinquennali dichiarati per ciascun strumento al capitolo 19 del Disciplinare di Gara Contenuto della busta C offerta economica siano

comprensivi delle determinazioni necessarie all'esecuzione dei controlli di qualità secondo la cadenza analitica indicata"

R3

Si chiarisce che i fabbisogni quinquennali dichiarati per ciascun strumento al capitolo 19 del Disciplinare di Gara Contenuto della busta C, offerta economica, sono comprensivi delle determinazioni necessarie all'esecuzione dei controlli di qualità secondo la cadenza analitica indicata.

D4

"In riferimento al requisito E delle Caratteristiche ed elementi oggetto di valutazione a pag.9 dell'Allegato 1 Possibilità di eseguire ed integrare nel referto altri parametri misurabili oltre quelli previsti (1 punto per ogni parametro misurato fino ad un massimo di 4) si chiede di confermare che si prenderanno in considerazione solo gli analiti aggiuntivi che, oltre ad avere la certificazione CE/IVD, saranno effettivamente contemplati anche all'interno dell'offerta economica. Si chiede inoltre di confermare che verranno anche presi in considerazione parametri misurati su matrici di campioni differenti purché validati per scopo clinico"

R4

Si chiarisce che, in riferimento al requisito E delle Caratteristiche ed elementi oggetto di valutazione a pag.9 dell'Allegato 1 – "Possibilità di eseguire ed integrare nel referto altri parametri misurabili oltre quelli previsti (1 punto per ogni parametro misurato fino ad un massimo di 4)" -, si prenderanno in considerazione solo gli analiti aggiuntivi che, oltre ad avere la certificazione CE/IVD, saranno effettivamente contemplati anche all'interno dell'offerta economica in numero pari al numero di determinazioni richieste per ciascuna strumentazione.

In riferimento alla richiesta – *"confermare che verranno anche presi in considerazione parametri misurati su matrici di campioni differenti purché validati per scopo clinico"* si chiarisce che anche su matrici di campioni differenti dal sangue verranno presi in considerazione parametri aggiuntivi purché possiedano la certificazione CE/IVD.

D5

"In riferimento al punto 21 a pag. 4 della Scheda informatica emogas per l'integrazione ai sistemi informatici aziendali dell'allegato 1, si chiede di chiarire chi sia il fornitore del sistema Enterprise service bus, al fine di richiedere eventuale preventivo di spesa"

R5

Si chiarisce che il sistema in questione è "Mirth Connect" prodotto dalla NextGen e utilizzato da ISMETT nella sua versione "open source". Si ribadisce che l'utilizzo di standard di integrazione e interoperabilità permettono l'integrazione al sistema informativo ospedaliero senza altri oneri aggiuntivi a carico dell'operatore economico. In ogni caso, il dipartimento IT supporterà e vigilerà gli scenari di integrazione con il SIO di ISMETT.

D6

“In riferimento al punto P delle Caratteristiche ed elementi oggetto di valutazione a pag.9 dell’Allegato 1 Fornitura e messa in opera di un software funzionante sui palmari attualmente utilizzati in ISMETT che permetta, tramite codice RFID del braccialetto identificativo, la corrispondenza tra il paziente e l’etichetta dell’esame e che ponga l’esame in uno stato di pre-accettato si chiede di chiarire la tipologia di palmari utilizzati (marca, modello e versione del sistema operativo). Inoltre, si chiede di specificare quali informazioni contiene l’RFID del braccialetto”.

R6

ISMETT utilizza un’applicazione sviluppata per apparati Android (versione 8 o superiore) con fotocamera non inferiore a 24 MegaPixel, lettore NFC compatibile con protocollo RFID 13,56 MHz (HF High Frequencies), wifi 802.11 a/b/g/n/ac. Le informazioni presenti sul braccialetto RFID sono le seguenti: Cognome Paziente, Nome Paziente, Data di nascita Paziente, Medical Record Number del Paziente, Visit Number dell’evento di cura.

D7

“In riferimento alla richiesta di collegamento della strumentazione offerta alla cartella clinica Elettronica Sunrise Clinical Manager della Eclypsys, si chiede cortesemente di avere i nominativi e i contatti dei referenti al fine di poter richiedere preventivo di spesa”

R7

Si premette anzitutto che ISMETT, come specificato nell’Allegato 1 al Disciplinare di Gara, prevede di passare, in un futuro prossimo, all’applicativo di Cartella Clinica Elettronica Ellipse di Engineering Ingegneria Informatica. Indipendentemente da ciò, qualsiasi sia l’applicativo specificatamente in uso nel quinquennio contrattuale, la cartella clinica elettronica in uso presso ISMETT supporterebbe in ogni caso il protocollo HL7 2.X e adotterebbe in ogni caso il profilo IHE di integrazione Laboratory Point Of Care Testing (LPOCT) specifico per la tipologia di esame oggetto della gara di che trattasi. Si ribadisce che l’utilizzo di standard di integrazione e interoperabilità permettono l’integrazione al sistema informativo ospedaliero senza altri oneri aggiuntivi a carico dell’operatore economico indipendentemente da quale sia lo specifico applicativo di Cartella Clinica Elettronica impiegato. In ogni caso, il dipartimento IT supporterà e vigilerà gli scenari di integrazione con il SIO di ISMETT. Si rimanda ai siti web delle software house sopra menzionate per rintracciare i contatti commerciali eventualmente occorrenti.

Distinti saluti

Dr. ssa Rosaria Cataldo
Direttore Dipartimento Acquisti