

**DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART 50, COMMA 1, LETTERA b) DEL DLGS
36/2023 E SS.MM.II (DI SEGUITO "CODICE APPALTI") DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIATURA TAC VCT DELLA SEDE
CLINICA DI ISMETT**

PREMESSO CHE

- E' in uso ad ISMETT un'apparecchiatura per Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) modello VCT di marca GE Medical Systems Italia S.p.A.;
- Per la sopracitata apparecchiatura ISMETT ha attivato con la società GE Medical Systems Italia S.p.A. un contratto "only labor" per il solo servizio di manutenzione preventiva;
- In data 26 novembre 2025 si è verificato un guasto al sistema di raffreddamento del tubo radiogeno e allo stesso tubo radiogeno che ha determinato il blocco della apparecchiatura con conseguente downtime operativo del servizio di Radiologia di ISMETT;
- Il guasto di cui al superiore punto non è coperto dal contratto in essere tra ISMETT e la società GE Medical Systems Italia S.p.A.;
- l'Ing. Michele Vitarelli, Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica di ISMETT ha richiesto alla società GE Medical Systems Italia S.p.A la formulazione di un preventivo per la riparazione dell'apparecchiatura in questione;
- In data 02 dicembre 2025 la società GE Medical Systems Italia S.p.A. ha presentato il preventivo n° 16463769/ 02 dell'importo di € 100.000,00 + iva, ritenuto congruo dall'ing. Michele Vitarelli;
- con nota n. 1176 del giorno 04 dicembre 2025 l'Ing. Michele Vitarelli, Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica di ISMETT, ha inoltrato all'Ufficio Acquisti di ISMETT una Richiesta di Acquisto (RDA) per il servizio di manutenzione straordinaria per la riparazione dell'apparecchiatura modello VCT di marca GE Medical Systems Italia S.p.A per un importo di **€ 100.000,00 oltre IVA**;
- Su richiesta dell'Ing. Michele Vitarelli, nella qualità di Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica di ISMETT, in data 04 dicembre 2025 è stato convocato il Comitato Acquisti Urgente, che ha approvato la spesa di che trattasi;
- in seguito all'approvazione di cui al superiore punto l'RDA è stata inoltrata all'Ufficio Tecnico/Facility di ISMETT per la definizione dell'affidamento del caso;

- l'Ing. *Angelo La Mattina*, Facility Manager di ISMETT, **Responsabile Unico di Progetto**, ha ritenuto ricorrere nel caso di specie i presupposti per potersi procedere, ai sensi dell'**art. 50, comma 1, lettera b**) del Codice Appalti, ad affidamento diretto del servizio di che trattasi alla società **GE Medical Systems Italia S.p.A.** con sede in **via Galeno 36 - 20126 - Milano (MI)** - P.IVA. 03663500969;

CONSIDERATO CHE:

- il corrispettivo dell'affidamento di che trattasi rientra all'interno dei limiti dell'affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettera b del Codice Appalti;
- a seguito dei controlli effettuati sul Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico 2.0 del portale ANAC, la società GE Medical Systems Italia S.p.A. è risultata essere in regola ed in possesso dei requisiti richiesti, non sussistendo condizioni avverse all'affidamento del contratto di fornitura di che trattasi;
- per la tipologia di affidamento oggetto della presente Determina non sono necessari adempimenti in materia di privacy;

VISTI

- l'art.50, comma 1, lettera b), del Codice Appalti;
- il parere positivo espresso dal Comitato Acquisti di ISMETT in convocazione Urgente nella seduta del giorno 04 dicembre 2025;
- tutti gli atti citati in premessa;

ATTESO E RILEVATO CHE

- A. L'istruttoria è corretta, completa e conforme alle policy aziendali, in quanto:
 - Non ha rilevanza ai fini Privacy così come dichiarato dal richiedente;
 - La spesa è stata approvata dal Comitato Acquisti di ISMETT in convocazione Urgente nella seduta del giorno 04 dicembre 2025;
 - Con la sottoscrizione del presente documento il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Ing. Antonino Sala, conferma l'insussistenza della necessità di procedere alla redazione del DUVRI, essendo valido quello facente parte del contratto di manutenzione in essere;

- B. In capo ai Richiedenti, che rendono dichiarazione ciascuno per la parte che lo riguarda, non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione alla richiesta, ai sensi di quanto previsto nel Codice di Condotta e nel Modello di Organizzazione gestione e controllo dell'Istituto ai sensi del D. lgs. 231/01;
- C. Con la sottoscrizione della presente proposta di determina, il Direttore del Dipartimento Programmazione e Controllo di Gestione conferma la copertura della spesa in questione nel budget per le annualità di competenza

**TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO, VISTO, ATTESO E RILEVATO CHE IL RUP
PROPONE**

di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice Appalti, alla società **GE Medical Systems Italia S.p.A.** con sede in **via Galeno 36 - 20126 - Milano (MI)** - P.IVA. 03663500969 la manutenzione straordinaria per la riparazione dell'apparecchiatura per Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) modello VCT per l'importo di **€ 100.000,00 oltre iva**;

Palermo, 05 dicembre 2025

Firmato
Ing Angelo La Mattina
Facility Manager
RUP

Sottoscrivono i soggetti sottoindicati, ognuno con assunzione di responsabilità riferita esclusivamente ai documenti e alle attività rientranti nella propria specifica competenza funzionale e professionale così come risultante dal ruolo rivestito nell'organizzazione aziendale, dalla legge e da tutti i regolamenti interni ed esterni applicabili nonché con esclusivo riferimento alle dichiarazioni che lo/a riguardano personalmente.

Firmato

Ing. Michele Vitarelli

Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica ISMETT

Richiedente

Firmato

Dott. Giuseppe Alongi

Presidente Comitato Acquisti

Firmato

Dott. Antonio Scaccianoce

Direttore del Dipartimento Programmazione e Controllo di Gestione

Firmato

Ing. Antonino Sala

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione

**IL DIRETTORE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
VISTA**

la proposta che precede e che si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice Appalti, alla società **GE Medical Systems Italia S.p.A.** con sede in **via Galeno 36 - 20126 - Milano (MI)** - P.IVA. 03663500969 la manutenzione straordinaria per la riparazione dell'apparecchiatura per Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) modello VCT per l'importo di **€ 100.000,00 oltre iva**;
2. di incaricare il RUP, ing. Angelo La Mattina, di porre in essere ogni atto necessario per procedere alla stipula dell'affidamento.

La presente determina è composta da n. 5 (cinque) pagine.

Firmato
Dott. Giuseppe Alongi
Direttore Amministrazione e Finanza