

**FORNITURE DI ARREDI ED ATTREZZATURE  
OCCORRENTI PER I NUOVI REPARTI ISMETT  
Numero gara 6573792**

**Chiarimenti n. 1**

(in risposta alle richieste ricevuta al 02/12/2016)

1. *Quesito: si chiedono maggiori specifiche tecniche circa: LOTTO 5 Articolo AT 16.2 – Letto degenza adulti completo di materasso: per quanto concerne il MATERASSO, si chiede se con la dicitura TEMPUR, si indica una specifica MARCA di materassi e pertanto si chiedono maggiori e più chiare specifiche tecniche degli stessi*

**R. Per mero errore materiale è stata omessa la dicitura corretta, che risulta essere “materasso tipo TEMPUR o equivalenti”, intendendo evidenziare la composizione in strati sovrapposti di caratteristiche differenti, realizzati in materiali antipolvere, antiacaro ed anallergici, finalizzati al raggiungimento di un maggiore comfort per il paziente.**

**Palermo, 05/12/2016**

Firmato - Il RUP Ing. Vincenzo Sferruzza