



**FORNITURE DI ARREDI ED ATTREZZATURE OCCORRENTI PER I NUOVI  
REPARTI ISMETT**

**LOTTO 3 – ARREDI TECNICI STANZE DEGENZA**

**CUP I77E13000220006 - CIG 6875883E23**

REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Il sottoscritto ing. Vincenzo Sferruzza, RUP della gara in intestazione

premessi che:

- in data 20.04.2017 è stata aggiudicata in via definitiva la fornitura in oggetto alla ditta Vernipoll S.r.l., con sede in Via dell'Artigianato, 3, Bevagna (PG), P.IVA 01115150540;

visto:

- la nota della ditta Malvestio S.p.A., seconda in graduatoria, inviata con pec del 04.05.2017 (prot. ISMETT 001-1039-PEC/2017) con la quale richiedeva l'esclusione della ditta Vernipoll a causa della presunta mancata rispondenza ai requisiti antincendio dei seguenti prodotti:
  1. AT 09.1 - sedie pazienti con braccioli art.17-pt290
  2. AT 09.2 - Poltroncina visitatori art.S34-W102
  3. AT 09.3 - Poltrona relax art. 17-PO140
  4. AT 09.4 - Poltrona ergonomica art.P31 Ergoplus
  5. AT 09.5 - Poltrona letto adulti accompagnatore art.T30-andromedap;
- che si è ritenuto opportuno, a tutela della sicurezza dell'ospedale, chiedere chiarimenti alla ditta Vernipoll S.r.l. con nota inviata via pec il 10.05.2017 (prot. ISMETT 001-1113-PEC/2017);

- che con pec del 18.05.2017 (prot. ISMETT 001-1199-PEC/2017) la ditta Vernipoll S.r.l. ha trasmesso le dichiarazioni e le certificazioni sui requisiti antincendio dei suddetti prodotti.

Analizzata a fondo la questione sotto gli aspetti della regola tecnica riguardante la prevenzione incendi negli ospedali e le omologazioni di reazione al fuoco di materiali e mobili imbottiti, considerato che la documentazione tecnica e le dichiarazioni di Vernipoll non dimostrano la rispondenza dei prodotti offerti AT 09.3 - Poltrona relax e AT 09.5 - Poltrona letto adulti accompagnatore ai requisiti di legge,

si determina la revoca dell'aggiudicazione definitiva.

È infatti prescritto nella legge di gara, e nella normativa vigente applicabile, che i prodotti AT 09.3 - Poltrona relax 5 e AT 09.5 - Poltrona letto adulti accompagnatore siano dotati di certificazione 1 IM, caratteristica non rilevata nei prodotto offerti dalla Vernipoll S.r.l.

Tale mancanza non consente, peraltro, di poter applicare il principio di equivalenza (di fatto neppure dichiarato in sede di gara) e ciò sia sotto il profilo dello standard di sicurezza del prodotto (e dell'intero ospedale), sia sotto il profilo della potenziale destinazione (utilizzo), infatti quest'ultima risulta più limitata per la mancanza dell'omologazione in classe 1 IM.

Palermo, li 22/05/2017

**Il RUP**

Ing. Vincenzo Sferruzza

