

PROT. n. U29456 del 28 dicembre 2016

Oggetto: Procedura Aperta per l'affidamento forniture triennali di dispositivi medici per cardiologia interventistica. Gara n 6584664.

Con riferimento alla procedura in oggetto cogliendo l'occasione di una richiesta di chiarimenti pervenuta allo scrivente Istituto, con la presente si precisa quanto segue:

- In riferimento ai **Lotti nn. 1 e 2** i quantitativi indicati nell'allegato 1 di ciascuna voce sono da intendersi 1 pezzo per voce eccetto che per le garze laparotomiche, di cui vengono richiesti 10 pezzi per ciascuna misura, e per le asciugamani assorbenti di cui vengono richiesti 2 pezzi per il Lotto n. 1 e 4 pezzi per il Lotto n. 2;
- In riferimento ai **Lotti nn 1 e 2** quando viene richiesta la "confezione singola" si fa riferimento ad una confezione in grado di proteggere il contenuto da qualsiasi contaminazione esterna. La stessa confezione - carta sacchetto di tipo medicale o in polietilene - deve permettere un'apertura facile e sicura onde non contaminare il contenuto; le dimensioni della confezione medesima devono essere adeguate al contenuto stesso. All'interno della confezione singola del camice devono essere contenute 2 salviette per le mani. Dette salviette per le mani devono intendersi ulteriori rispetto alle asciugamani assorbenti richieste all'interno del kit in numero di due per il Lotto n. 1 e quattro per il Lotto n. 2. La cuffia 100x80 è un modello rettangolare. Le garze 20x20 e 10x10 sono da intendersi in cotone con filo di bario e almeno a 3-4 strati e devono essere fornite raggruppate per misura. La basetta per infissione aghi è da intendersi come sistema per tenere separati i taglienti nel piano di lavoro;
- In riferimento al **Lotto n. 1** per telo a due strati si intende un telo che, almeno nella zona che ricopre il piano di lavoro, debba essere ulteriormente rinforzato. L'ago 18 G per puntura percutanea non è da intendersi ago cannula;
- In riferimento al **Lotto n. 2** ed in particolare al telo accoppiato a due o più strati si precisa che il lato di 200 cm adesivo è da intendersi adesivo in tutta la sua lunghezza;
- In riferimento al **Lotto n. 14** viene confermata la base d'asta indicata nei documenti di gara;
- Vengono infine confermati tutti i termini di richiesta chiarimenti e presentazione offerta indicati nei documenti di gara.

F. To Dott.ssa Rosaria Cataldo
Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali
RUP